



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА
Дата рождения: 02.05.2000 (23 г.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 12.09.2023
Биоматериал: Кал;

Заявка №: 3302540549
Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"
Исполнитель: ООО "ДНКМ"



Биохимическое исследование кала

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Остаточная осмоляльность стула (ионный дефицит, osmotic gap)	100	мОсмоль/кг	50-125 мОсмоль/кг - остаточная осмоляльность стула в пределах нормальных значений >125 мОсмоль/кг – высокая остаточная осмоляльность указывает на осмотическую причину диареи <50 мОсмоль/кг – низкая остаточная осмоляльность указывает на секреторную причину диареи

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА